

An unsere geschätzte Kundschaft

Burgdorf, 15.Mai 2023

Anpassung der mikrobiologischen Auslobung für gigasept® instru AF

Sehr geehrte Damen und Herren

Die von schülke angebotenen Produkte werden stets nach dem neuesten Stand der Technik geprüft. Aus diesem Grund kann es durch die Änderung bestehender Normen zu Anpassungen der mikrobiologischen Auslobung kommen. Dies bedeutet nicht, dass das Produkt in der Vergangenheit unwirksam war, sondern basiert auf einer Anpassung der Produktauslobung an den technischen Fortschritt.

Für gigasept® instru AF ergibt sich daraus zukünftig eine Veränderung bei folgenden Werten:

- begrenzt viruzid
alt: 1% - Einwirkzeit 5 Minuten // neu 1% - Einwirkzeit 10 Minuten (EN 14476 & EN 17111)
- Rota-Virus
alt: 0.5% - Einwirkzeit 5 Minuten // neu 2% - Einwirkzeit 60 Minuten (hohe Belastung) (EN 14476)

Alle weiteren bisherigen Werte bleiben unverändert.

Die Anpassung der mikrobiologischen Auslobung werden Sie voraussichtlich ab Juni 2023 auf dem Produktetikett und auf unserer Homepage www.schuelke.ch finden.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns und unseren Produkten entgegenbringen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Beste Grüsse
Pediando AG



Stefan Schranz
Geschäftsführer